

#### Tanımlayıcı Bilgiler

Ürün Tanımı:	<b>ALSAVIN - MV062 - Alsavin ONE 2.0% Sodyum Hiyalüronat 20 mg/ml 2.4 ml İntra-artiküler enjeksiyon için kullanıma hazır enjektör</b>
Birincil Ürün Numarası:	4052622094611(GS1)
Firma:	2667269766511 - ALSANZA MEDİKAL ESTETİK VE İLAÇ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı)
Marka:	ALSAVIN
Ürün Adı:	Alsavin ONE 2.0% Sodyum Hiyalüronat 20 mg/ml 2.4 ml İntra-artiküler enjeksiyon için kullanıma hazır enjektör
Ürün Künyesi:	<a href="#">Ürün Künyesi.pdf</a>
Orijinal Etiket Türkçe mi?:	Hayır
Türkçe Etiket:	<a href="#">Türkçe Etiket.pdf</a>
Orijinal Etiket:	<a href="#">alsavin one %2.pdf</a>
Versiyon/Model:	MV062
Referans/Katalog No:	ALSVNOSL-001
İçerikteki Ürün Sayısı:	1
Ürün Açıklaması:	Alsavin ONE 2.0% Sodyum Hiyalüronat 20 mg/ml 2.4 ml İntra-artiküler enjeksiyon için kullanıma hazır enjektör
Aynı Barkodlu Ürünler:	<a href="#">Aynı Barkodlu Ürünler</a>

#### Sınıflandırma Bilgileri

Sınıf:	Sınıf-III
GMDN:	44757 - Sinovyal sıvı takviye maddesi
Branş Türü Kodu:	1250-VİSKOELASTİK

#### Durum Bilgileri

Durum:	Tekil <span style="color: green;">Kayıtlı</span>
Ürün Durumu:	Tekil ürün bulunmaktadır.
Ürün Tipi:	Tıbbi Cihaz
Veri Kaynağı:	Firma
Güncellenme Tarihi:	19/12/2024
ÜTS Başlangıç Tarihi:	14/07/2023
Durum Tarihi:	02/12/2024

#### İthal/İmal Bilgileri

İthal/İmal Bilgisi:	İthal
Menşei Ülke:	Türkiye,DEU/DE - Almanya
İthal Edilen Ülke:	DEU/DE - Almanya
GTİP Numarası:	3824.99.64.00.00 (Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar;- - Diğerleri)
Kayıtlı Yerli Malı Belgesi Var mı?	Hayır

#### Ürün Belgeleri

Belge No	Belge Türü	Orjinal Doküman	Türkçe Doküman
9766511-KK13	Kullanma Kılavuzu	15000279 YM975 ALSAVIN ORTAK PROSPEKTUS YENİ CE LI_ONAY.pdf	

1 - 15 | Sayfa başına 15 kayıt

#### Ürün Görselleri

##### Görselleri Göster

Ürün Görsel Dosyası	
<a href="#">alsavin one %2 gg.jpg</a>	

#### Özellikler

MRG Güvenlik Bilgisi:	Bilgi Bulunmuyor	Kalibrasyona tabi mi?:	Hayır
Lateks içeriyor mu?:	Hayır Hayır Hayır	Bakıma tabi mi?:	Hayır
Ftalat/DEHP içeriyor mu?:	Hayır Evet Evet	Steril paketlenmiş mi?:	Evet
Ürün iyonize radyasyon içerir mi?:	Evet 1 Eşleşme	Paketlemede kullanılan sterilizasyon yöntemi belli mi?:	Evet
Ürün nanomateryal içeriyor mu?:	Yok Evet 35 Ay	Sterilizasyon Metodu (Paketlemede Kullanılan):	Nemli ısı veya buhar
Vücuda implante edilebilir mi?:		Kullanım Öncesinde Sterilizasyon Gerekli mi?:	Hayır
Tek kullanımlık mi?:		Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Ek-3 Kapsamında mı?:	Hayır
Ürünün sınırlı kullanım sayısı var mı?:		Sağlık Marketinde Satılacak Mı / SGK Geri Ödemesi Yapılacak Mı?:	Hayır
Sınırlı Kullanım Sayısı:		Bir cihazın bileşeni/aksesuarı mı?:	Hayır
SUT Eşleşme Durumu:			
Raf ömrü var mı?:			
Raf Ömrü:			

#### Saklama/Kullanım Koşulu Bilgileri

Saklama ve/veya Kullanım Koşulu Gerektiriyor mu?:	Evet				
Saklama/Kullanım Koşulu Tipi	Min	Max	Birim	Özel Saklama/Kullanım Koşulu	
Saklama/Depolama Ortamı Sıcaklığı	2	25	Derece Santigrat		

